

学校給食食材の測定結果について

福島県立ふたば支援学校

本校では、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生を受け児童生徒等の安全・安心の確保のため、学校給食における放射性物質について検査を実施していますので、その結果をお知らせします。

1. 検査方

※ NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる検査

2. 測定機械

EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(EMFジャパン株式会社製)

3. 食材の使用基準

セシウム134とセシウム137の検出合計値が25Bq/kg以下のものとしします。

(25Bq/kg未満で検出された場合でも検出値を表記します。)

4. 検査結果

査年月 (※)	食材名	産地名	測定結果			備 考
			セシウム134	検出下限値	セシウム137	検出下限値
2025.6.2	ピーマン	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
	キャベツ	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
	豚小間	福島県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
2025.6.3	水菓	茨城県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.19
	納揚げ	茨城県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.19
2025.6.4	豆もやし	栃木県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.15
	大根	千葉県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.15
	鶏モモ肉	岩手県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.15
2025.6.5	小松菜	茨城県	検出せず	(<4.79)	検出せず	<4.17
	鶏ひき肉	岩手県	検出せず	(<4.79)	検出せず	<4.17
2025.6.6	もやし	福島県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.16
	青梗菜	茨城県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.16
	木綿豆腐	群馬県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.16
2025.6.9	白菜	長野県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
	板こんにやく	福島県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
	鶏モモ肉	岩手県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
2025.6.1	ピーマン	茨城県	検出せず	(<4.83)	検出せず	<4.19
	きゅうり	福島県	検出せず	(<4.83)	検出せず	<4.19
	しめじ	茨城県	検出せず	(<4.83)	検出せず	<4.19
2025.6.1	もやし	福島県	検出せず	(<4.84)	検出せず	<4.20
	大根	青森県	検出せず	(<4.85)	検出せず	<4.20
	なす	栃木県	検出せず	(<4.85)	検出せず	<4.20
2025.6.1	キャベツ	千葉県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.18
	えのき	長野県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.18
	豚小間肉	福島県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.18
2025.6.1	きゅうり	福島県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
	長ネギ	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
	木綿豆腐	群馬県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
2025.6.1	油揚げ	新潟県	検出せず	(<4.84)	検出せず	<4.18
	大根	福島県	検出せず	(<4.84)	検出せず	<4.18
	豚小間肉	福島県	検出せず	(<4.84)	検出せず	<4.18
2025.6.1	きゅうり	福島県	検出せず	(<4.86)	検出せず	<4.19
	人参	茨城県	検出せず	(<4.86)	検出せず	<4.19
	玉ねぎ	島根県	検出せず	(<4.86)	検出せず	<4.19
2025.6.1	もやし	福島県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.17
	長ネギ	茨城県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.17
	白滝	福島県	検出せず	(<4.79)	検出せず	<4.17
2025.6.1	ピーマン	茨城県	検出せず	(<4.78)	検出せず	<4.16
	ごぼう	青森県	検出せず	(<4.78)	検出せず	<4.16
	大根	青森県	検出せず	(<4.78)	検出せず	<4.16
2025.6.2	人参	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
	キャベツ	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
	えのき	新潟県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
	鶏ひき肉	岩手県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.16
2025.6.2	長ネギ	茨城県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.17
	なす	栃木県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.17
	白滝	福島県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.17
	焼き豆腐	群馬県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.17
2025.6.2	長ネギ	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.17
	きゅうり	栃木県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.17
2025.6.2	ピーマン	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.20
	もやし	福島県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.20
	水菓	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.20
2025.6.2	白菜	長野県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.12
	小松菜	茨城県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.12
	キャベツ	茨城県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.12
	豚小間肉	福島県	検出せず	(<4.81)	検出せず	<4.12
2025.6.2	ごぼう	青森県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
	もやし	福島県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
	板こんにやく	福島県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
	油揚げ	新潟県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
2025.6.3	きゅうり	福島県	検出せず	(<4.79)	検出せず	<4.15
	しめじ	茨城県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
	木綿豆腐	群馬県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15
	鶏ひき肉	岩手県	検出せず	(<4.80)	検出せず	<4.15

5. 参考事項

食品中の放射性物質の新しい基準値(食品衛生法第11条第1項の規格基準)

放射性セシウム (Cs134, Cs137)	食品群	規制値 (単位: Bq/kg)
	飲料水	10
	乳児用食品	50
	牛乳	50
	一般食品	100

※ 放射性ストロンチウム・プルトニウムなどを含めて基準値が設定されています。

※ 体重60kgの日本人にはカリウム40という放射性物質が4000Bqあると言われています。

(出典:一般財団法人日本原子力文化振興財団)

問い合わせ先
ふたば支援学校 0240-23-3971